

广东省职业病防治院采购 CT 水模体和 DR 低对比度测试模体招标公告

我院本次采购 CT 水模体和 DR 低对比度测试模体项目，采用询价方式进行采购，有关事项如下：

- 1、项目编号：GDZFYSB201904-01
- 2、项目名称：采购 CT 水模体和 DR 低对比度测试模体招标公告。
- 3、项目最高限价：人民币 **2 万元整**。
- 4、采购数量：CT 水模体 2 套；DR 低对比度测试模体 2 套。
- 5、仪器技术参数及要求如下：

5.1、CT 水模体：

内径 18cm-22cm，厚度大于 4cm 的圆柱形均质水模体，模体壁厚度小于 1cm，具备两个装水孔，设计合理，可有效防止气泡。模体安装配套 catphan 模体木箱的挂钩，方便与 catphan 模体配套使用。

5.2、DR 低对比度测试模体：

测试卡由 20mm 厚的铝板制成。在该铝板上均匀分布 1cm 孔径圆孔，孔的深度 (mm) 及对比度从 0.07mm (0.35%) 到 3.2mm (16%) 变化。具体应符合 WS 521-2017 医用数字 X 射线摄影 (DR) 系统质量控制检测规范 附录 B.3 低对比度测试卡的要求。

6、交货时间：签订合同后 20 日内。

7、合格报价人的基本条件：

7.1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，须提供企业法人营业执照、税务登记证复印件（加盖公章）。

7.2、报价人必须是所投产品的制造商或其授权的代理商（有授权证明文件）。

7.3、所投产品能满足本项目内容中技术参数及要求。

7.4、报价人需按照“技术参数及要求”提供用户需求书响应表，并提供投标货物的品牌型号、详细技术资料、配置清单及质保期限。

7.5、报价还包含：运输（含搬运到指定地点）安装、调试、培训、含税发票等。

8、以上资料必须密封在标准的档案袋内，并在封面上注明**投标项目名称、公司、联络人及电话号码**。

9、符合资格的投标人应当在 2019 年 4 月 3 日至 2019 年 4 月 10 日期间（上午 08:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00，法定节假日除外），请把投标文件递交（或邮寄）到广州市海珠区新港西路海康街 68 号，广东省职业病防治院办公楼 405 房。联系人：钟小姐，联系电话：020-34063091。